

ООО «ИНГАКАМФ»



ПАСПОРТ № 17
Пакет перевязочный медицинский
индивидуальный СТЕРИЛЬНЫЙ

Серия 170922

Количество _____

Дата изготовления 09 сентября 2022 г.
Анализ выполнен по ГОСТ 1179-93

№ п/п	Наименование показателей	Норма по ГОСТ	Результаты
1	Линейные размеры готовых пакетов, см:		
	Длина	$10,0 \pm 0,5$	10,0
	Ширина	$6,5 \pm 0,5$	6,6
	Толщина		
2	Длина свободного конца бинта в см, не менее	$4,0 \pm 0,5$ 30,0	4,1 31,3
3	Ватно-марлевые подушки:		
	Длина, см	$32,0 \pm 1,5$	32,2
	Ширина, см	$17,5 \pm 1,0$	17,5
	Масса ваты, г	$10,0 \pm 1,5$	10,4
4	Марлевый бинт:		
	Ширина, см	$10,0 \pm 0,5$	9,9
	Длина, м	$7,0 \pm 0,3$	7,0
5	Стерильность	См. инструкцию МЗ по контролю стерильности перевязочного материала	

Срок сохранности стерильности 5 лет
Упаковка и маркировка в соответствии с требованиями ГОСТ 1179-93

Подпись контролера [Signature]
Заключение: Соответствует требованиям ГОСТ 1179-93
Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/03791 от 20.11.2019 г.

Начальник ОКК [Signature]